

Você precisa reduzir

Custos da sua CME?



NASCE | CME



Ao início de cada ano, uma das solicitações das diretorias de unidades de saúde é a redução de custo de todos os setores hospitalares.

Em uma CME, que práticas podem ser executadas para atingir este objetivo, mantendo a qualidade e segurança do material processado?

PARTE 1

nascecme.com.br

Você precisa reduzir Custos da sua CME?



NASCE | CME



DICA#1

Conhecer detalhadamente a sua CME!

É necessário ter conhecimento de todas as rotinas, protocolos operacionais diariamente desenvolvidos, dimensionamento de pessoal, capacitação e desempenho da equipe, insumos utilizados e custos do processamento de empresa terceirizada, quando houver.

Você precisa reduzir Custos da sua CME?



NASCE | CME

DICA#2

Infraestrutura adequada!

Conforme a RDC 50/2002 e RDC 15/2012, a infraestrutura deve estar em condições adequadas para o processamento dos produtos para a saúde. Todas as áreas devem estar dimensionadas de acordo com o volume de materiais a serem processados e permitir que o fluxo das etapas seja unidirecional. Acúmulo de materiais em qualquer uma das áreas poderá dificultar que os protocolos operacionais sejam realizados adequadamente.

Deve-se estar atento a pequenos detalhes que possam acarretar desperdícios e gastos desnecessários.

Vazamento em torneiras, sistemas de esgoto entupidos, acúmulo de água no piso são exemplos, e que podem apresentar também cenário para acidentes de trabalho.



Você precisa reduzir Custos da sua CME?



NASCE | CME

DICA#3

Reavaliar arsenal cirúrgico!

Os instrumentais cirúrgicos bem como as caixas, containers e kits devem ser dimensionados pela equipe da CME para atender a demanda da instituição. É preciso que os instrumentais indispensáveis para a intervenção cirúrgica estejam disponíveis de forma a proporcionar êxito na cirurgia, não havendo excesso, nem mesmo falta de itens. Caixas com inúmeros instrumentais podem resultar em processamento desnecessário de itens não utilizados, aumento de custo com insumos, depreciação e deterioração do instrumental, desperdício do uso de equipamentos e tempo de recursos humanos. Assim, é importante revisar juntamente com a equipe cirúrgica, itens que devem ser mantidos em caixas e os que poderiam ser fornecidos avulsos em caso de necessidade!



Você precisa reduzir Custos da sua CME?



NASCE | CME

DICA#4

Testar Novas Marcas de Insumos Avaliando Desempenho, Qualidade e Custo

O responsável pela CME assume a postura decisória na escolha dos insumos para atender as necessidades de sua unidade. Assim, todos os insumos destinados ao processamento, devem ser testados e avaliados na CME, e dependem de aprovação do produto quanto ao resultado pretendido. Devido a diferença de custos entre detergente neutro e enzimático, a equipe da CME deve ter conhecimento claro e recomendações disponíveis quanto as indicações de uso e as diluições dos produtos. Detergentes enzimáticos devem seguir os requisitos da RDC 55/2012 e RDC 15/2012 e serem avaliados quanto a quantidade de enzimas, PH, solubilidade, produção de espuma. Devido a diferentes recomendações de diluição, o custo real do detergente deve ser calculado com base na solução diluída (segundo a orientação do fabricante) x custo do galão. O responsável pela CME deve estar atento, para assegurar o uso do produto segundo a sua indicação e a diluição correta para evitar volumes incorretos e desperdícios.

Você precisa reduzir Custos da sua CME?



NASCE | CME

DICA#5

Testar Novas Marcas de Insumos Avaliando Desempenho, Qualidade e Custo

Monitores de esterilização

Para a verificação da eficácia dos parâmetros do equipamento e da esterilização, são necessários indicadores que podem ser físicos, químicos e biológicos. Seguindo os requisitos da RDC 15/2012, o monitoramento do processo de esterilização deve ser realizado obrigatoriamente com o uso de Testes Bowie&Dick, Pacote desafio com indicador biológico e indicadores químicos (tipo 5 ou tipo 6). Em cada pacote deverá haver um indicador químico (5 ou 6) para aprovação do processo de esterilização antes do uso no paciente.

nascecme.com.br

Você precisa reduzir

Custos da sua CME?



NASCECME

DICA#6

Testar Novas Marcas de Insumos Avaliando Desempenho, Qualidade e Custo

Monitores de esterilização

Atualmente são oferecidas inúmeras marcas destes insumos, com variações de custo consideráveis. Para manter a qualidade e segurança da esterilidade dos materiais processados, estes produtos devem passar por avaliações com vários requisitos a serem cumpridos, seguindo as normas correspondentes.

Teste Bowie e Dick - AAMI/ISO 11140-1 e AAMI/ISO 11140-5

Pacote teste desafio - AAMI/ISO 11140-1, AAMI/ISO 17665-1 e AAMIST79

Indicados biológico – ABNT NBR ISO 11138-1, ANSI/AAMIST79

Indicador químicos - ISO 11140-1, EN 867-1

Após aprovação, estes insumos podem ser substituídos por marcas de menor custo.



nascecme.com.br

Você precisa reduzir Custos da sua CME?



NASCE | CME

DICA#7

Equipamentos

Os equipamentos da CME devem seguir protocolos de manutenções preventivas, corretivas e qualificações.

A automatização na CME reduz recursos humanos, minimiza a manipulação do material, reduz a exposição a agentes infectantes, agiliza e padroniza os processos.

Realizar registros de ocorrências e intervenções nos equipamentos, gera informações importantes que norteiam a causa principal a ser corrigida, tanto nos equipamentos quanto a POPs realizados incorretamente. Reprovações em cargas de limpeza, erros em ciclos de esterilizações, reprovação de indicadores, resultarão em retrabalho para a equipe da CME e desperdício de insumos. Equipamentos "em manutenção" por tempo excessivo, aumenta o fluxo de trabalho e, conseqüentemente, o custo com recursos humanos.



Você precisa reduzir Custos da sua CME?



NASCE | CME



DICA#8

Informatização do sistema de produção e estoque

O fluxo de trabalho do CME, envolve conceitos de logística, que incluem as etapas de processamento dos materiais até o seu destino final, o paciente.

Atualmente o uso de um sistema informatizado na CME é imprescindível devido ao grande número de processos a serem realizados com eficácia e assertividade.

Você precisa reduzir Custos da sua CME?



NASCE | CME

DICA#9

Informatização do sistema de produção e estoque

A informatização permite acesso imediato a informações e processos, planejamento dos materiais a serem fornecidos, gerenciamento de custos, controle de estoque, controle da manutenção de instrumentais, controle de perdas, extravios e evasões de itens, controle de lote e validade de materiais, rastreabilidade para investigação de eventos adversos, gera registro e monitoramento de equipamentos. Ainda pode gerar registro das intervenções técnicas em equipamentos; gerenciar informações para gestão da CME e base para novas propostas de melhoria.



Você precisa reduzir Custos da sua CME?



NASCE | CME

Dica#10

Capacitação contínua

A equipe de uma cme é constituída por profissionais que se empenham para entregar produtos devidamente processados para uso no paciente. Portanto o processo de capacitação e avaliação de desempenho destes profissionais deve ser diário e contínuo. Devido as peculiaridades das atividades do setor, há dificuldade de se manter uma equipe estável, capacitada e em sincronia. Há necessidade de desenvolver habilidades e maturidade profissional para atender a demanda de trabalho que há no dia a dia da unidade, pois são responsáveis direto pela prevenção e controle de infecção nos hospitais. A capacitação continua faz com que os pops sejam realizados adequadamente, evitando retrabalho e consumo excessivo de insumos.

