

# **Artigo “Conjuntos úmidos: avaliando os problemas” – Por Mark Duro (Abril de 2017)**

escrito por Ana Miranda | 4 de agosto de 2021

“A umidade pós-esterilização em conjuntos esterilizados terminalmente é clinicamente inaceitável, e pode ser um incômodo de investigação. Um recurso para ajudar a investigar este problema é AAMI ST79 Anexo P, Avaliação de Umidade, que explica que “pacotes úmidos são uma preocupação, porque a umidade sobre ou dentro de uma embalagem pode criar um caminho para que os microorganismos migrem de fora para dentro de um pacote”.

Para conferir o artigo na íntegra, acesse o site Healthcare Purchasing News: [www.hpnonline.com](http://www.hpnonline.com)