

COMO DEVE SER MANIPULADOS OS MATERIAIS À BASE DE ELASTOMEROS E SIMILARES ?

escrito por Ana Miranda | 30 de maio de 2014

Devem ser separados dos metálicos e de campos e roupas cirúrgicas. Canetas elétricas desmontadas das respectivas ponteiros. NOTA: pinças de vídeo-cirurgia e endoscópios devem ser contidas em recipientes apropriados e seguros para o transporte.