

E QUANTO AOS IMPLANTES, ELES PODEM SER ESTERILIZADOS EM CICLO FLASH?

escrito por Ana Miranda | 30 de maio de 2014

De maneira alguma. Não se deve esterilizar artigos implantáveis em ciclos flash (AORN, 2006; BRASIL, 2007f).

