

Infections Associated with Reprocessed Urological Endoscopes – Letter to Health Care Providers

escrito por Ana Miranda | 4 de agosto de 2021

A US Food and Drug Administration (FDA) deseja aumentar a conscientização entre os profissionais de saúde, incluindo aqueles que trabalham em unidades de processamento em instalações de saúde, sobre o risco de infecções associadas a endoscópios urológicos processados, incluindo cistoscópios, ureteroscópios e cistoureteroscópios, usados para visualização e acesso ao trato urinário.

O FDA recebeu vários relatórios de dispositivos médicos (MDRs) que descrevem infecções de pacientes após o procedimento ou outros possíveis problemas de contaminação associados ao processamento desses dispositivos.

Faça agora o download do arquivo em PDF.

[Infections-Associated-with-Reprocessed-Urological-EndoscopesBaixar](#)