

MATERIAIS UTILIZADOS EM PACIENTES CONTAMINADOS POR HIV, VÍRUS DA HEPATITE OU MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS DEVEM SER PROCESSADOS DE FORMA DIFERENCIADA?

escrito por Ana Miranda | 30 de maio de 2014

NÃO. O processamento deve ser sempre realizado seguindo-se precauções padrão, pois se presume que todos os materiais são provenientes de pacientes potencialmente contaminados por agentes infecto-contagiosos. Foi comprovado por estudos científicos que vírus e micobactérias são eliminados em procedimentos de desinfecção de alto nível, o que não justifica a esterilização indiscriminada de artigos sabidamente contaminados por estes patógenos (RUTALA, WEBER, 1999).