

# Posso esterilizar todos os materiais em CME?

escrito por Ana Miranda | 30 de maio de 2014

Além de ser um procedimento desnecessário a todos os materiais de forma indiscriminada (RUTALA, WEBER 1999), a esterilização geralmente tem custo mais elevado do que a desinfecção, portanto, não há recomendação para a esterilização de 100% dos artigos utilizados num Estabelecimento de Assistência à Saúde (EAS) (PINTER, GABRIELLONI, 2000). Consulte classificação de Spaulding

