

QUANDO O INDICADOR QUÍMICO APRESENTA RESULTADO INSATISFATÓRIO QUAL O PROCEDIMENTO QUE DEVE SER SEGUIDO?

escrito por Ana Miranda | 30 de maio de 2014

Segundo a APECIH o pacote cujo indicador químico (IQ) apresentou sinais de falha no processo de esterilização não deve ser utilizado. Para a tomada de decisão quanto ao reprocessamento da carga deve-se levar em consideração a avaliação dos parâmetros físicos do ciclo e resultados de testes com indicador biológico. Porém depende da política de cada instituição. (PADOVEZE, DEL MONTE, 2003).