SOBRE O TESTE BOWIE E DICK

escrito por Ana Miranda | 18 de abril de 2019



O pré-aquecimento é importante para evitar o arraste de condensado ocasionado pelo resfriamento do equipamento. Neste ciclo de pré-aquecimento o condensado é eliminado evitando assim um falso resultado “FALHO”. Esta orientação está nas instruções de uso dos fabricantes. A repetição do TESTE B&D se faz necessária para confirmação de resultado, caso seja falso resultado ela não se repete, quando a falha persistir requer investigação de causa para eliminação do problema. (Sobre repetição de teste tem orientações de “condutas com relação a falhas no processo de esterilização” na monografia da APECIH, 1ªed 2010 pag.203) – Resposta enviada pela empresa Mack Medical.

Clique aqui e saiba mais.